Tristel DUO OPH™

DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU POUR LES PRISMES DE TONOMÈTRE RÉUTILISABLES

NOTES

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants adaptés ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de nettoyants, de désinfectants et de dispositifs médicaux. Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lorsque vous utilisez Tristel DUO OPH ou Tristel CLEAN pour la première fois, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.

MODE D'EMPLOI

1



Déposez Tristel CLEAN sur une lingette sèche.

Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.

2



Appliquez suffisamment de mousse pour recouvrir toute la surface du dispositif et essuyez jusqu'à ce qu'il soit visiblement propre. Utilisez davantage de mousse et de lingettes si nécessaire.

3



Remarque : Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne les réutilisez pas.

4



Remarque : Lavez-vous les mains et enfilez des gants neufs.

5



Déposez **deux doses** de Tristel DUO OPH sur une lingette sèche.

Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.

6



Placez le dispositif directement dans la mousse et utilisez la lingette pour vous assurer que toutes les parties du dispositif sont bien recouvertes.

Remarque : Jetez la lingette conformément aux règles locales. Ne la réutilisez pas.

7



Veillez à ce que le dispositif reste humide pendant au moins **30 secondes de temps de contact**.

8



Rincez le dispositif médical à l'eau de qualité appropriée.

Remarque : Séchez et rangez le dispositif médical conformément aux protocoles de l'établissement afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination.

Tristel™

France
Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T +33 (0)3 66 88 01 84 **E** france@tristel.com
W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique et GD de Luxembourg
Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers
T +32 (0)3 889 26 40 **E** belgium@tristel.com
W www.tristel.com/be-fr/

Copyright © Tristel Solutions Limited
TRI DUO 918a-1
19/OCT/2026