Tristel DUO ORL™

DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU POUR LES LAMES DE LARYNGOSCOPE

NOTES

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants adaptés ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de nettoyants, de désinfectants et de dispositifs médicaux. Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lorsque vous utilisez Tristel DUO ORL pour la première fois, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Nettoyez soigneusement les dispositifs médicaux avant de les désinfecter. La présence de souillures résiduelles réduit l'efficacité de tout désinfectant. Respectez le protocole hospitalier et les instructions du fabricant du dispositif médical.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Des cotons-tiges peuvent être utilisés pour appliquer Tristel DUO ORL sur les zones difficiles d'accès, telles que les creux ou les rainures.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.

MODE D'EMPLOI

1



Déposez **deux doses** de Tristel DUO ORL sur une lingette sèche.

Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.

2



Utilisez la lingette pour étaler la mousse sur toute la surface du dispositif et assurez-vous que toutes les zones sont bien recouvertes.

Remarque : Jetez la lingette usagée conformément aux règles locales. Ne la réutilisez pas.

3



Veillez à ce que le dispositif reste humide pendant au moins **30 secondes de temps de contact**.

4



Rincez le dispositif médical à l'eau de qualité appropriée.

Remarque : Séchez et rangez le dispositif médical conformément aux protocoles de l'établissement afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination.

Tristel™

France
Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T +33 (0)3 66 88 01 84 **E** france@tristel.com
W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique et GD de Luxembourg
Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers
T +32 (0)3 889 26 40 **E** belgium@tristel.com
W www.tristel.com/be-fr/

Copyright © Tristel Solutions Limited
TRI DUO 927a-1
20/OCT/2026