Tristel DUO ORL™

DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU POUR LES LAMES DE LARYNGOSCOPE

NOTES

- Ne pas utiliser si le flacon est endommagé ou si la lingette est abîmée, décolorée ou sèche.
- Désinfectez-vous les mains et portez des gants adaptés ainsi qu'un équipement de protection individuelle (EPI) lors de la manipulation de nettoyants, de désinfectants et de dispositifs médicaux. Les recommandations relatives au port de l'EPI peuvent varier selon l'établissement. Veuillez suivre les consignes locales.
- Lorsque vous utilisez Tristel DUO ORL ou Tristel CLEAN pour la première fois, appuyez deux à quatre fois sur la pompe pour l'amorcer.
- Ne pas utiliser sur des métaux tendres ou des aciers inoxydables de qualité inférieure.
- Des cotons-tiges peuvent être utilisés pour appliquer Tristel CLEAN ou Tristel DUO ORL sur les zones difficiles d'accès, telles que les creux ou les rainures.
- Ce poster doit être utilisé conjointement avec la notice d'utilisation (IFU), l'étiquette du produit, la fiche de données de sécurité (FDS) et les instructions du fabricant du dispositif.
- Réservé à l'usage des professionnels de santé.

MODE D'EMPLOI

1



Déposez Tristel CLEAN sur une lingette sèche.

Remarque : Les lingettes DUO WIPES sont recommandées.

2



Appliquez suffisamment de mousse pour recouvrir toute la surface du dispositif et essuyez jusqu'à ce qu'il soit visiblement propre. Utilisez davantage de mousse et de lingettes si nécessaire.

3



Remarque : Jetez la lingette et les gants usagés conformément aux règles locales. Ne les réutilisez pas.

Lavez-vous les mains et enfilez des gants neufs.

4



Déposez **deux doses** de Tristel DUO ORL sur une lingette sèche.

5



Utilisez la lingette pour étaler la mousse sur toute la surface du dispositif et assurez-vous que toutes les zones sont bien recouvertes.

Remarque : Jetez la lingette conformément aux règles locales. Ne la réutilisez pas.

6



Veillez à ce que le dispositif reste humide pendant au moins **30 secondes de temps de contact.**

7



Prenez un sachet Tristel Rinse Wipe. Retirez la lingette du sachet et étalez-la dans la paume de votre main.

8



Essuyez la surface du dispositif qui a été désinfectée afin d'éliminer l'excès de mousse. Laissez sécher à l'air libre.

Remarque : Rangez le dispositif médical conformément aux protocoles de l'établissement afin d'éviter tout dommage ou toute recontamination. Ne réutilisez pas la lingette. Conservez le sachet de lingette vide à des fins de traçabilité.

Tristel™

France
Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T +33 (0)3 66 88 01 84 **E** france@tristel.com
W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique et GD de Luxembourg
Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers
T +32 (0)3 889 26 40 **E** belgium@tristel.com
W www.tristel.com/be-fr/

Copyright © Tristel Solutions Limited
TRI DUO 928a-1
20/OCT/2026