



Essais réalisés conformément à la norme européenne EN 14885:2022 et aux dernières exigences réglementaires en matière d'efficacité des désinfectants utilisés dans le domaine médical.

ORGANISME	MÉTHODE DE TEST	TYPE DE TEST	CONDITIONS
SPORICIDE			
Bacillus subtilis	EN 17126	Suspension	Propre 1 & Sale 1
Bacillus cereus			
Clostridioides difficile			
MYCOBACTÉRICIDE/TUBERCULICIDE			
Mycobacterium terrae	EN 14348	Suspension	Propre 1 & Sale 1
Mycobacterium avium			
VIRUCIDE			
Poliovirus Type 1	EN 14476	Suspension	Sale 1
Adénovirus Type 5			
Norovirus Murin			
FONGICIDE/LEVURICIDE			
Candida albicans	EN 16615	Surface avec action mécanique	Propre 1 & Sale 1
Aspergillus brasiliensis	EN 13624	Suspension	Propre 1 & Sale 1
Candida albicans			
BACTÉRICIDE			
Staphylococcus aureus	EN 16615	Surface avec action mécanique	Propre 1 & Sale 1
Enterococcus hirae			
Pseudomonas aeruginosa			
Staphylococcus aureus	EN 13727	Suspension	Propre 1 & Sale 1
Enterococcus hirae			
Pseudomonas aeruginosa			

TESTS SUPPLÉMENTAIRES

ORGANISME	MÉTHODE DE TEST	TYPE DE TEST	CONDITIONS
MYCOBACTÉRIES			
<i>Mycobacterium terrae</i>	EN 16615	Surface avec action mécanique	Sale 1
<i>Mycobacterium avium</i>			
VIRUS			
Coronavirus Bovin	EN 16615	Surface avec action mécanique	Sale 1
FUNGI/LEVURES			
<i>Candida auris</i>	EN 16615	Surface avec action mécanique	Sale 1
<i>Trichophyton interdigitale</i>			Propre 1
<i>Trichophyton interdigitale</i>	EN 13624	Suspension	Propre 1
BACTÉRIES			
<i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (SARM)	EN 16615	Surface avec action mécanique	Sale 1
Bêta-Lactamase à spectre étendu <i>Klebsiella pneumoniae</i> (BLSE)			
Entérobactérie résistante aux carbapénèmes (ERC) <i>Klebsiella pneumoniae</i>			
Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) <i>Enterococcus faecium</i>			
<i>Acinetobacter baumannii</i> multirésistant (MDRAB)	EN 13727	Suspension	Sale 1
<i>Staphylococcus capitis</i>			

CLÉ DES CONDITIONS :

Propre 1 : 0.3 g/l Albumine bovine

Sale 1 : 3 g/l Albumine bovine + 3 ml/l Érythrocytes